

Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 044 685 – 47 – 00 tel. Sekretariat 044 685 – 47- 16 fax. 044 685 – 47 – 01
e – mail: admin@szpital.biz.pl

KRS 0000000142

NIP 772 -18 -77 - 458

Radomsko, dn. 15.12.2017r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Pracowni Endoskopii i Urologii Jednego Dnia w Szpitalu Powiatowym w Radomsku nr spr. 600/2017

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 01.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 zezm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców do ww. postępowania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w **pakiecie nr 1** zapisu w pkt. 60:

„Charakterystyka ciśnienia procesu +/- 5mBar:
-na początku procesu 285 mBar,
-w trakcie procesu 150 mBar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mBar.”

Na zapis następującej treści:

„Charakterystyka ciśnienia procesu +/- 25mBar :
-na początku procesu 285 mBar,
-w trakcie procesu 150 mBar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mBar.”?

Odp.: Zaproponowaną charakterystykę ciśnienia procesu Zamawiający dopuszcza w pkt.60:

„Charakterystyka ciśnienia procesu +/- 25mBar :
-na początku procesu 285 mBar,
-w trakcie procesu 150 mBar
-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mBar

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w **pakiecie nr 1** zapisu w pkt. 64:

„Dezynfekcja:
- czas kontaktu: 350s +/-5s
- ilość wody: 10,5l +/-0,5l
- temperatura: 35° C
- pobór płynu: dezynfektant 126ml + aktywator 126ml.”

Na zapis następującej treści:

„Dezynfekcja:
- czas kontaktu: 350s +/-50s
- ilość wody: 10,5l +/-0,5l
- temperatura: 35° C

- pobór płynu: dezynfektant 126ml

+ aktywator 126ml.”?

Odp: Zamawiający dopuszcza parametry dezynfekcji w pkt. 64:

- *czas kontaktu: 350s +/-50s*
- *ilość wody: 10,5l +/-0,5l*
- *temperatura: 35° C*
- *pobór płynu: dezynfektant 126ml + aktywator 126ml.*

Pytanie nr 3- Pakiet nr 3

Szafka przyłóżkowa – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafki z uchwytyami do otwierania drzwiczek i szufladami pokrytymi antybakteryjnymi nanocząsteczkami dwutlenku tytanu (TiO₂)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Z uzyskanych informacji wynika iż międzynarodowa Agencja do Badań nad Nowotworami zaklasyfikowała monocząsteczki TiO₂ do grupy 2B, w których znajdują się substancje możliwe rakotwórcze dla ludzi. Wiadomo również, że badania na zwierzętach wykazały działanie monocząsteczek TiO₂ na układ pokarmowy w sposób drażniący i zapalny.

Pytanie nr 4- PAKIET NR 2 - Tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem i wyposażeniem- **Dot. punktu 139** - Czy Zamawiający dopuści stent moczowodowy 365 dni, obustronnie otwarty o rozmiarze 5.0 Fr / 26cm bez nitki (w zestawie drut, popychacz, stent)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- Pakiet nr 2-Dot. punktu 94 - Czy Zamawiający w ramach punktu 94 dopuści do zaferowania jako równoważone kleszcze biopsyjne optyczne (zamiast kleszczy opisywanych przez producenta w materiałach jako chwytające) kompatybilne z optyką 12° i 30° ? Nadmieniamy, że kleszcze biopsyjne posiadające bransze typu łyżeczkowego, będące jednocześnie kleszczami chwytającymi, to podstawowy rodzaj kleszczy wykorzystywanych podczas cystoskopii do chwytania i pobierania materiału z pęcherza.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- Pakiet nr 2-Dot. punktu 94 (alternatywa) - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszcze optyczne opisywane przez producenta jako chwytające kompatybilne z optyką 0° i 12° ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7- Dot. punktów 112 i 113 - Czy Zamawiający w ramach punktów 112 i 113 dopuści do zaferowania jako rozwiązanie równoważne kleszcze opisywane przez producenta jako sztywne (zamiast wymaganych półsztywnych) o rozmiarze 5 Fr. +/- 1 Fr. i długości 60 cm z branszami wyposażonymi w ząbki typu aligator (do punktu 112) oraz branszami biopsyjnymi, łyżeczkowymi (do punktu 113) ? Kleszcze te są dedykowane przez producenta do oferowanego ureterorenoskopu jednokanałowego. Nadmienimy, że producenci często zamiennie używają określenia "sztywne" i "półsztywne" w odniesieniu do instrumentów tego typu. Każdy cienki i długi instrument posiada pewien stopień elastyczności, który zapewnia bezproblemowe wprowadzanie i wyjmowanie instrumentu z kanału roboczego ureterorenoskopu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8- Pakiet nr 2-Dot. punktu 163 - Czy Zamawiający w ramach punktu 163 dopuści do zaferowania następujące kleszczki o łącznej ilości 7 szt. do oferowanych giętkich endoskopów:

- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne, roz. 3 Fr., długość 1000 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 2 szt. do oferowanych ureterorenofiberoskopów,

- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne, roz. 5 Fr., długość 730 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 2 szt. do oferowanych cystofiberoskopów- giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne z ząbkami, roz. 3 Fr., długość 1000 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 2 szt. do oferowanych ureterorenofiberoskopów,

- giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne, roz. 5 Fr., długość 730 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 1 szt. do oferowanych cystofiberoskopów ?

Nadmieniamy, że przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje endoskopów giętkich tj. ureterorenofiberoskopy oraz cystofiberoskopy, które posiadają różne długości oraz rozmiary kanałów roboczych, a co za tym idzie wymagają zastosowania różnych instrumentów. Celem pytania było zapewnienie odpowiednich instrumentów do obydwu rodzajów endoskopów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza narzędzia kompatybilne z oferowanymi ureterorenofiberoskopami oraz cystofiberoskopami.

Pytanie nr 9- Pakiet nr 2-Dot. punktu 163 (alternatywa) - Czy Zamawiający w ramach punktu 163 dopuści do zaoferowania następujące kleszczki:

w ramach kleszczyków biopsyjnych:

- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne (owalne), roz. 5 Fr., długość 730 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 4 szt.

lub

- giętkie kleszcze biopsyjne bezokienkowe, bransze podłużne (owalne), roz. 3 Fr., długość 1000 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 4 szt.

w ramach kleszczyków chwytających:

- giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne z ząbkami, roz. 5 Fr., długość 730 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 3 szt.

lub

giętkie kleszcze chwytające, bransze podłużne z ząbkami, roz. 3 Fr., długość 1000 mm z rączką typu pistoletowego bez podłączenia do koagulacji monopolarnej - 3 szt.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10-Pakiet nr 2-Dot. punktu 153 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany videocystoskop był kompatybilny z oferowanym w punktach 7 - 24 sterownikiem kamery ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11- Pakiet nr 2-Dot. punktu 193 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w ramach wymaganej w punkcie 193 pompy z zastosowaniem w urologii pompę pracującą w trybie płuczającym lub odsysającym w zależności od wybranego programu, pozostałe parametry bez zmian ?

Nadmieniamy, że jednoczesne wykorzystanie płukania i odsysania ma znaczenie tylko w przypadku instrumentów tzw. przepływowych posiadających oddzielny kanał płuczający i oddzielny kanał odsysający, aby zapewnić efektywną wymianę płynu. Większość wymaganych przez Zamawiającego

instrumentów to tzw. instrumenty nieprzepływowe, w których napływ może być z powiedzeniem realizowany przez pompę, a odpływ (odsysanie) w sposób grawitacyjny (dotyczy to również instrumentów przepływowych takich jak np. płaszcze resektoskopowe).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12- Pakiet nr 2-Dot. punktu 124 - Czy Zamawiający w ramach punktu 124 dopuści do zaofiarowania ureterorenofiberoskop o długości całkowitej mieszczącej się w przedziale 900 - 1100 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia parametru w pozycji 123, w której określa się długość roboczą.

Pytanie nr 13- Pakiet nr 2-Dot. punktu 124 (alternatywa) - Czy w związku z tymi, iż długość całkowita, z uwagi na swoje drugorzędne znaczenie dla obsługi ureterorenofiberoskopu, nie jest podawana w materiałach producenta, Zamawiający może odstąpić od wymogu potwierdzenia tego parametru ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14-Pakiet nr2 -Dot. punktu 115 - Czy Zamawiający w ramach punktu 115 dopuści do zaofiarowania jako rozwiązanie równoważne szczoteczki wielokrotnego użytku, które mogą być sterylizowane, w ilości 5 szt. lub innej ilości zaproponowanej przez Zamawiającego uwzględniającej fakt możliwości wielokrotnego użytku i związanych z tym oszczędności ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15- Pakiet nr 2- Dot. punktów 125 i 153 - Czy w odpowiedzi Zamawiającego (punkt 108) nie nastąpiła omyłka pisarska ? Prosimy o potwierdzenie, że w punktach 125 i 153 pod Zamawiający oczekuje zaofiarowania videoureterorenofiberoskopu oraz videocystofiberoskopu z wbudowaną na odcinku dystalnym kamerą video do przekazywania obrazu.

Odp.: Zamawiający oczekuje w poz.125 videoureterorenofiberoskopu z wbudowaną na odcinku dystalnym kamerą video do przekazywania obrazu a poz. 153 videocystofiberoskopu z wbudowaną na odcinku dystalnym kamerą video do przekazywania obrazu.

Treść odpowiedzi stanowi uszczegółowienie SIWZ, która jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w wyżej podanym postępowaniu.

**ZAMAWIAJACY ZMINIENIA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I JEST TO:
SKŁADANIE OFERT: 28.12.2017R. GODZ.10:00
OTWARCIE OFERT : 28.12.2017R. GODZ.10:30**

Z poważaniem,
na oryginale podpis i pieczęć
Dyrektor
Piotr Kagankiewicz