

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Radomsku - spr. nr 690 /2018.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, jak poniżej:

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 9**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9** – Wkłady żelujące do ssaka, dopuści system do odsysania wydzielin ustrojowych równoważny do opisanego w pakiecie? Wkłady workowe z substancją żelującą z króćcem i zatyczką koloru białego o pojemności 1000ml lub 2000ml pozostałe wymagania zgodne z opisem Zamawiającego. Pojemniki zewnętrzne nieodpłatnie wymienimy. Proponowany przez naszą firmę system do odsysania spełnia takie same standardy jakościowe co opisany w SIWZ system. Dopuszczenie asortymentu o zbliżonych parametrach nie spowoduje obniżenia standardów jakościowych a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję.

**Odp. Dopuszczamy.**

### **Pytanie 2 – dot. Pakietu 4 – poz. 1 oraz 2**

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny odpowiednio w poz 1 i poz 2 preparaty równoważne, które są dedykowane do zastosowania w myjniach endoskopów elastycznych firmy Olympus na bazie aldehydu glutarowego?

Uzasadnienie: Preparaty, które chcemy zaoferować mają większe spektrum bójcze (potwierdzone badaniami według norm DIN EN 14885) od opisanych w Pakiecie 4 poz 1 i 2. Ponadto środek z poz. 1 zawiera prawie o połowę mniej szkodliwego dla zdrowia użytkownika aldehydu glutarowego i spełnia wymagania dotyczące dezynfekcji endoskopów elastycznych według normy DIN EN ISO 15883-4. Środek myjący z poz 2 nie ma żadnych oznaczeń niebezpieczeństwa.

**Odp. Dopuszczamy.**

### **Pytanie 3- dot. Pakietu 4 – poz.1 oraz 2**

Czy Zamawiający wymaga dla preparatów z poz 1 i 2 przedstawienia koniecznych badań o procesie mycia i dezynfekcji w kierunku aktywnego działania na spory Clostridium difficile ?

**Odp. TAK.**

### **Pytanie nr 4 dot. Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1, 2, 3, 4, 17 i 18 Pakietu nr 1 i zaoferowanie w pozycji 1 szczotek o długości 2300

mm, długość włosa 20 mm, pozostałe parametry i parametry pozostałych narzędzi zgodne z opisem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kleszczyków powlekanych hydrofilną powłoką PE, w celu ochrony kanału endoskopowego, z minimum 2 markerami głębokości, do biopsji stycznych, zawierających przyrząd do bezpiecznego zdejmowania pobranych próbek do badania- zapakowany łącznie z kleszczykami, łyżki zabezpieczone nasadką przed przypadkowym otwarciem/uszkodzeniem, posiadających 3 etykiety do wklejenia do dokumentacji.

**Odp. Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 6- PAKIET Nr 1 – DROBNY SPRZĘT ENDOSKOPOWY - pozycja 5**

Prosimy o doprecyzowanie opisu wymaganego asortymentu - Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji filtrów do pompy OFP-1, natomiast podany w opisie symbol "MAJ-1608" dotyczy drenów, które są wymagane w pozycji 19 tego samego pakietu. Zatem czy w pozycji 5 wymagane jest zaoferowanie wyłącznie filtrów do pompy płuczającej OFP-1?

**Odp. Zamawiający wymaga drenów- symbol "MAJ-1608"**

**Pytanie nr 7- PAKIET Nr 1 – DROBNY SPRZĘT ENDOSKOPOWY - pozycja 5, 6, 14 i 15**

Czy z uwagi na fakt, że asortyment z wyżej wymienionych pozycji nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny (stawka VAT 23%), Zamawiający zrezygnuje dla tego asortymentu z wymogu posiadania dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych i tym samym zezwoli na dopisanie w formularzu ofertowym punkt 1, w załączniku nr 8 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy oraz w umowie § 3 ustęp 1 i § 11 - sformułowania jeżeli dotyczy (tak jak jest to w punkcie 7.1. SIWZ)?

**Odp. Wyrażamy zgodę na dopisanie w w/w dokumentach sformułowania „jeżeli dotyczy” .W załączeniu po modyfikacji: Załącznik nr 2-Formularz ofertowy, Załącznik nr 5-Projekt umowy i Załącznik nr 8- Oświadczenie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 8- PAKIET Nr 1 – DROBNY SPRZĘT ENDOSKOPOWY - PAKIET Nr 6 – KLESZCZYKI DO BIOPSJI - pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych zapisów kleszczyki do biopsji jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

**Odp. Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 9 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY § 4 ustęp 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin spełnienia żądania Zamawiającego liczony był w dniach roboczych?

**Odp. Wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 10 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – WZÓR UMOWY § 5 ustęp 5**

Czy Zamawiający wyrazi, aby termin powiadomienia go o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu przedmiotu zamówienia liczony był w dniach roboczych?

**Odp. Wyrażamy zgodę- modyfikacja Zał. Nr 5-Projekt umowy.**

### **Pytanie nr 11 - dot. Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, bez ftalanów,PCV i lateksu.

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia) oraz port do pobierania próbek, o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania.

- Pojemniki i wkłady wykonane z polietylenu o pojemności 2000 ml, o kształcie okrągłym. Pokrywa wkładu oraz króćce w kolorze czarnym.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład i kanister wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia **zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym**, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki** w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie nr 12**

Czy ze względu na gwarantowane bezpieczeństwo szczelności oferowanych wkładów, Zamawiający dopuści wkłady bez środka żelującego, co wiąże się z obniżeniem kosztów zakupu?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 13 -dotyczy Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga testy mokre, czy testy suche?

**Odp. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.**

### **Pytanie nr 14 -dotyczy Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.

**Odp. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.**

### **Pytanie nr 15 - dotyczy Pakiet 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści śliniaki w opakowaniu a'50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 200 opakowań a'50szt.?

**Odp. Dopuszczamy.**

**Pytanie nr 16- dot. umowy**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Odp. W stosownej umowie zostanie wskazana osoba do kontaktów .**

**Pakiet nr 17**

Co zamawiający rozumie pod określeniem” wysocerozprężalny”?

**Odp. Dający możliwość całkowitego wypełnienia wkładu.**

**Powyższe zmiany stanowią zmianę zapisów SIWZ.**

**W załączeniu po modyfikacji:**

- Załącznik Nr 2-Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 5- Projekt umowy
- Załącznik nr 8-Oświadczenie Wykonawcy

Z poważaniem,

na oryginale pieczęć i podpis  
Dyrektor  
Piotr Kagankiewicz