

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Szpitala Powiatowego w Radomsku - spr. nr 215 /2015.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907) Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, jak poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 1 dopuści test o czułości 25 mIU/ml hCG w moczu i 10 mIU/ml w surowicy i osoczu?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 2- dot. pakiet nr 5 poz.7

Czy Zamawiający w pakiecie 5, poz. 7 dopuści kontrolę dodatnią w postaci prążka kontrolnego na teście?

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr -3 dotyczy pakietu 8, SIWZ pkt. 8.13.2:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ jeśli Zamawiający dołączy do oferty oświadczenie o nieposiadaniu kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, dla produktów, które nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, a dla pozostałych produktów karty charakterystyk będą dołączone do oferty zgodnie z zapisami SIWZ?

Odp. TAK

Pytanie nr 4- dotyczy SIWZ pkt. 16. Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy oraz Projekt umowy Zał. nr 5A – dot. Pakietu nr 8 - §3 ust. 2:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy kryterium dostawy przedmiotu zamówienia powinno zostać zaoferowane przez Wykonawcę w „dniach” czy w „dniach roboczych” i odpowiednio zmodyfikuje zapisy SIWZ, Formularz ofertowego lub Projektu umowy?

Uzasadnienie: W SIWZ pkt. 16. Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu ofertowym jest wyrażone w dniach. W projekcie umowy Zał. nr 5A – dot. Pakietu nr 8 - §3 ust. 2 termin dostawy przedmiotu zamówienia został wyrażony w dniach roboczych. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Dniach roboczych. W załączeniu po modyfikacji : SIWZ oraz Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.

Pytanie nr 5- projekt umowy (zał. nr 5A), §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Pakiet 8 poz. 1 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

Pakiet 8 poz. 10, 11 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 1 projekt umowy - Zał. nr 5A i otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez niego towar będzie mieć termin ważności minimum :

- w zakresie Pakietu nr 8 poz. 1 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego,

- w zakresie Pakietu nr 8 poz. 10, 11 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- w pozostałym zakresie 7 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru oraz będzie posiadać wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania w szpitalach.”

W załączeniu Zał. nr 5A- projekt umowy – po modyfikacji.

Pytanie nr 6- projekt umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„Jeżeli w trakcie realizacji umowy używanie dostarczonego przedmiotu zamówienia zostanie wstrzymane lub dostarczony przedmiot zamówienia zostanie wycofany z obrotu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty wydania w/w decyzji powiadomić, o tym fakcie Zamawiającego.”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 7 - projekt umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Pakiet 8 poz. 1 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

Pakiet 8 poz. 10, 11 – min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Patrz- odpowiedź na Pytanie nr 5.

Pytanie nr 8 - projekt umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dołączania do każdej dostawy certyfikatów jakości do oferowanych produktów, w przypadku, gdy wszystkie świadectwa, certyfikaty kontroli jakości, metodyki, opisy umieszczone są w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do których Zamawiający ma całodobowo bezpłatny dostęp?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 9 - projekt umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„Zapłata za przedmiot zamówienia dostarczony w sposób zgodny ze złożonym zamówieniem, o którym mowa w § 3 ust. 1, następować będzie każdorazowo po zrealizowaniu danej partii zamówienia, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, płatnych w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 10 - projekt umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku wystąpienia w dostawie braków ilościowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 11 - projekt umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru w terminie do 7 dni od dnia dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia.”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 12- projekt umowy § 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„Za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu przedmiotu zamówienia lub wymiany wadliwego towaru, o których mowa ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto brakującego/wadliwego towaru.”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 13- projekt umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 14- projekt umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisu na:

„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust 3.”?

Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 15-dot.mowa - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §6 ust.8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej wynosiła **0,2%** wartości brutto **niezrealizowanej** partii przedmiotu zamówienia?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 16 –dot. projekt umowy - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §7 ust.1.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragrafu na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości brutto **niezrealizowanej** partii zamówionego przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru”.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 17–dot. projekt umowy - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §8 ust.11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100 zł. za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu naprawy przedmiotu dzierżawy lub dostarczenia zastępczego analizatora?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 18 –dot. projekt umowy - załącznik nr 5C- dot. Pakiet 9,10 §8 ust.12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100 zł. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu lub zamontowaniu przedmiotu dzierżawy a także opóźnienia w przeszkoleniu personelu Zamawiającego?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 19 -dotyczy: Pakiet nr 9

Czy kalkulując ofertę przetargową należy założyć stałe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora?

Odp. TAK

Pytanie nr 20 -dotyczy: Pakiet nr 9

Czy do podanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibracje zgodnie z sugestiami w ulotkach odczynnikowych oraz testy na kontrole zgodnie z harmonogramem kontroli w Laboratorium Zamawiającego?

Odp. TAK

Pytanie nr 21-dotyczy: Pakiet nr 9

Prosimy o podanie harmonogramu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej?

Odp. Kontrole wykonywane codziennie na jednym poziomie do pozycji 1,2,3,4,5,6,8,10,14,18,19.

Kontrola 2x w tygodniu na jednym poziomie dla pozostałych pozycji.

Pytanie nr 22-dotyczy: Pakiet nr 10

Czy dodanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibracje i kontrolę?

Odp. TAK

Pytanie nr 23 -dotyczy: Pakiet nr 10

Prosimy o podanie harmonogramu kontroli?

Odp. Wszystkie parametry kontrolne są codziennie na 2 poziomach.

Pytanie nr 24-dotyczy: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodów kreskowych także w dodatkowej chłodzonej karuzeli na kontrole, kalibratory i próbki Cito?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 25 -dotyczy: Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników, zużywanych przez Zamawiającego w mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiłoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoliłoby na bardziej ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 26 -dotyczy: Pakiet nr 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, do jakiej sieci informatycznej wymaga podpięcia analizatora.

Odp. ECLIPSE.

Pytanie nr 27 - dot. Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zamiast fuksyny karbolowej barwnik safraninę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 5 poz.3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści test o czułości analitycznej: 8 IU/mL, brak efektu prozyny do 1500 IU/mL i czułości diagnostycznej: 98 % ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuszcza test do wykrywania podwyższonego stężenia laktoferyny w kale z kontrolą dodatnią oddzielnie dołączoną do zestawu z możliwością przechowywania próbek kału przez 1 tydzień bez konieczności mrożenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30- dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody by w formularzu cenowym dla odczynników w kolumnie "Objętość butelki ml" podać liczbę testów w opakowaniu.

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 31- dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficznych wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32- dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający oczekuje że oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny będzie posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli test HIV 4-tej generacji wykrywających jednocześnie przeciwciała anty-HIV1, anty-HIV2 i antygen p24?

Odp. TAK, HIV 4-tej generacji.

Pytanie nr 34 - dotyczy: Załącznik nr 1 Pakiet nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody by w formularzu cenowym dla materiałów eksploatacyjnych w kolumnie "Objętość butelki ml" podać zawartość opakowania (sztuki), pozostawiając wpisanie ilości ml tylko dla płynów.

Odp. Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 35 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 6 ust. 8, par. 7 ust. 1, par. 8 ust. 12 i 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 36 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 6 ust. 9, par. 7 ust. 2, par. 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 37 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 7 ust. 3 i par. 8 ust. 10

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 38 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 7

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 39 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ- Par. 8 ust. 5 pkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnego serwisu” na „serwisu w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 40 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 8 ust. 5 pkt b)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 8 ust. 5 pkt b)?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 41 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 42 - dot. Załącznik nr 5C do SIWZ Par. 15 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by zmiana w zakresie podatku VAT, o której mowa w ust. 1 pkt a), nie stanowiła zmiany umowy i nie wymagała aneksu?

Odp. Wyrażamy zgodę .

Pytanie nr 43

Czy w związku z faktem użycia przez Zamawiającego nazwy własnej produktu DPX- wskazującej na możliwość zakupu od jednego dostawcy-Zamawiający opisując produkt miał na myśli klej do zamykania preparatów mikroskopowych o pojemności 500 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści aparat z roku 2012, po gruntownym przeglądzie technicznym?

Odp. Dopuszczamy.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1- Formularz cenowy w zakresie Pakietu nr 10 / Odczynniki biochemiczne z dzierżawą aparatów / poprzez wykreślenie zapisów od poz. 1-33 w kolumnie „Ilość opakowań”

Powyższe zmiany stanowią zmianę zapisów SIWZ.

W załączeniu po modyfikacji :

- Załącznik nr 1 – Pakiet nr 10 – Odczynniki biochemiczne z dzierżawą aparatów.
- SIWZ oraz Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.
- Zał. nr 5A- projekt umowy

Z poważaniem,

na oryginale pieczęć i podpis nieczytelny
Dyrektor
lek. med. Radosław Pigoń