

Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury dla Szpitala Powiatowego w Radomsku

Znak sprawy: 215 / 2015

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury**.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

kryterium cena - 95 %

termin dostawy - 5%

Wygrała oferta :

Pakiet nr 1

Oferta nr 7 - ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski 32-005 Niepołomice ul. Zabierzowska 11

- wartość oferty netto 648,10 zł, wartość oferty brutto 718,55 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 2

Oferta nr 2 - AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55

- wartość oferty netto 580,00 zł, wartość oferty brutto 626,40 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 3

Oferta nr 2 - AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55

- wartość oferty netto 1.836,00 zł, wartość oferty brutto 1.990,23 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 4

Oferta nr 2 - AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55

- wartość oferty netto 827,00 zł, wartość oferty brutto 893,16 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 5

Oferta nr 1 - PPHU BOR –POL Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice Plac Jaśminu 2

- wartość oferty netto 23.961,20 zł, wartość oferty brutto 25.878,10 zł

- termin dostawy - 4 dni

Pakiet nr 6

Oferta nr 10 - Werfen Polska Sp. z o. o 03-699 Warszawa ul. Wolińska 4

- wartość oferty netto 43.689,00 zł, wartość oferty brutto 47.364,12 zł

- termin dostawy - 4 dni

Pakiet nr 7

Oferta nr 5 - BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C

- wartość oferty netto 93.731,00 zł, wartość oferty brutto 101.409,48 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 8

Oferta nr 6 - bioMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajęczka 9

- wartość oferty netto 217.101,60 zł, wartość oferty brutto 234.469,73 zł

- termin dostawy - 4 dni

Pakiet nr 9

Oferta nr 5 - BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C

- wartość oferty netto 146.842,00 zł, wartość oferty brutto 158.801,61 zł

- termin dostawy - 2 dni

Pakiet nr 10

Oferta nr 5 - BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C

- wartość oferty netto 228.410,00 zł, wartość oferty brutto 248.683,80 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 11

Oferta nr 10 - Werfen Polska Sp. z o.o 03-699 Warszawa ul. Wolińska 4

- wartość oferty netto 50.370,00 zł, wartość oferty brutto 54.579,60 zł

- termin dostawy - 4 dni

Pakiet nr 12

Oferta nr 4 - PH-P-U ALLMED Andrzej Biedroń 30-389 Kraków ul. Pawła z Krosna 7

- wartość oferty netto 16.105,00 zł, wartość oferty brutto 17.573,40 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 13

Oferta nr 4 - PH-P-U ALLMED Andrzej Biedroń 30-389 Kraków ul. Pawła z Krosna 7

- wartość oferty netto 48.770,00 zł, wartość oferty brutto 52.953,60 zł

- termin dostawy - 3 dni

Pakiet nr 14

Oferta nr 3 - RADIOMETER Sp. z o.o. 01-217 Warszawa ul. Kolejowa 5/7

- wartość oferty netto 77.700,00 zł, wartość oferty brutto 84.186,00 zł

- termin dostawy - 3 dni

Wykonawcy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

PAKIET NR 1

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
2.	AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55	Cena Termin dostawy	88,97 pkt 2,5 pkt 91,47	782,16
7.	ELEKTRO MED. Grzegorz Pałkowski 32-005 Niepołomice ul. Zabierzowska 11	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	718,55

PAKIET NR 2

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
2.	AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	626,40

PAKIET NR 3

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
2.	AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	1.990,23

PAKIET NR 4

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
2.	AQUA –MED. ZPAM – Kolasa Sp. j. 90-323 Łódź ul. Targowa 55	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	893,16

PAKIET NR 5

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
1.	PPHU BOR –POL Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice Plac Jaśminu 2	Cena Termin dostawy	95 pkt 0 pkt 95 pkt	25.878,10

PAKIET NR 6

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
10.	Werfen Polska Sp. z o. o 03-699 Warszawa ul. Wolińska 4	Cena Termin dostawy	95 pkt 0 pkt 95 pkt	47.364,12

PAKIET NR 7

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
5.	BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	101.409,48

PAKIET NR 8

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
6.	bioMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. 01-518 Warszawa ul. Gen. Józefa Zajęcza 9	Cena Termin dostawy	95 pkt 0 pkt 95 pkt	234.469,73

PAKIET NR 9

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
5.	BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C	Cena Termin dostawy	95 pkt 5 pkt 100 pkt	158.801,61
9.	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B	Cena Termin dostawy	82,34 pkt 2,5pkt 84,84 pkt	185.675,88

PAKIET NR 10

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
5.	BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 21C	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	248.683,80

PAKIET NR 11

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
10.	Werfen Polska Sp. z o.o. 03-699 Warszawa ul. Wolińska 4	Cena Termin dostawy	95 pkt 0 pkt 95 pkt	54.579,60

PAKIET NR 12

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
4.	PH-P-U ALLMED Andrzej Biedroń 30-389 Kraków ul. Pawła z Krosna 7	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	17.573,40

PAKIET NR 13

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
4.	PH-P-U ALLMED Andrzej Biedroń 30-389 Kraków ul. Pawła z Krosna 7	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	52.953,60

PAKIET NR 14

Numer oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją		Cena oferty brutto w zł
3.	RADIOMETER Sp. z o.o. 01-217 Warszawa ul. Kolejowa 5/7	Cena Termin dostawy	95 pkt 2,5 pkt 97,50 pkt	84.186,00

Odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:**➤ Pakiet nr 5 – oferta nr 8 – BioMaxima S.A. 20-277 Lublin ul. Vetterów 5**

Uzasadnienie.

- Zamawiający w pozycji 1 wymagał zaoferowania testu o czułości i swoistości diagnostycznej 100%.
Metodyki testu zaoferowanego przez firmę Biomaxima nie zawierają informacji dotyczącej czułości i swoistości testu, tym samym treść oferty firmy Biomaxima nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Zamawiający w pozycji 2 wymagał zaoferowania testu o czułości analitycznej 2ug hHB/g kału i braku efektu prozonowego do 125ug hHB/g kału.
Metodyki testu nie potwierdzają powyższych wymagań i tym samym treść oferty firmy Biomaxima nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Zamawiający w pozycji 4 wymagał zaoferowania testu o czułości diagnostycznej w stosunku do immunofluorescencji min. 86% i specyficzności 94%.
Firma Biomaxima zaoferowała test o czułości 92,41% oraz swoistości 91,66%. Tym samym treść oferty firmy Biomaxima nie spełnia wymagań SIWZ.
- Zamawiający w pozycji 5 wymagał zaoferowania testu o czułości analitycznej min. 3ng/ml.
Metodyki przedłożone wraz z ofertą nie zawierają informacji dotyczącej czułości analitycznej, tym samym oferta firmy Biomaxima nie spełnia wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający w pozycji 5 wymagał zaoferowania testu z maksymalnie 2 seriami płukań (4 powtórzenia każda seria).

Firma Biomaxima zaoferowała test, w którym wykonuje się 3 serie płukań (5 powtórzeń każda seria). Tym samym oferta firmy Biomaxima nie spełnia wymagań SIWZ.

6. Zamawiający w pozycji 7 wymagał zaoferowania testu, który w zestawie zawiera kontrolę dodatnią. Firma Biomaxima zaoferowała test, którego metodyka nie potwierdza spełnienia powyższego wymogu. Tym samym oferta firmy Biomaxima nie spełnia wymagań SIWZ.

7. Zamawiający w pozycji 7 wymagał zaoferowania testu z możliwością przechowywania próbki kału przez 2 tygodnie bez konieczności mrożenia.

Z dokumentów przedstawionych przez firmę Biomaxima wynika, że próbki kału bez potrzeby mrożenia mogą być przechowywane przez 5 dni, tym samym oferta firmy Biomaxima nie spełnia wymagań SIWZ.

8. Zamawiający w pozycji 7 wymagał zaoferowania testu, którego metodyka zawiera listę organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych.

Firma Biomaxima wraz z ofertą przedłożyła metodykę, która owej listy nie zawiera, tym samym oferta firmy nie spełnia wymagań SIWZ.

Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp / tekst jedn.: Dz.U. z 2013 Nr 907 z późn. zm. /

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

Z poważaniem,
na oryginale pieczęć i podpis nieczytelny
Dyrektor
lek. med. Radosław Pigoń